

广东省职业病防治院采购大流量采样器 招标公告

我院本次采购大流量采样器项目，主要用于核和辐射突发事件卫生应急中，大流量采样器用于空气中放射性核素的采样。采用询价方式进行招标采购，有关投标事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202012-02；
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购大流量采样器招标公告。
- 3、项目最高限价（人民币）：9万元整；
- 4、采购数量：1台（套）。
- 5、技术参数及要求：
 - 5.1、电机/泵：无电刷，两相离心风机
 - 5.2、采样流量：范围覆盖 500-1400L/min
 - 5.3、定时器（分钟/小时）：可复位电子定时器，LCD 显示屏，内置电池可用五年
 - 5.4、外壳：≤9" x 10" x 11½"，铝制外壳
 - 5.5、重量：≤4.5kg
 - 5.6、电源参数：220~240 VAC，50/60Hz，≤4.5 A
 - 5.7、环形冲击式采样器：可选择不同接口
 - 5.8、配置设备专用笔记本电脑一台
- 6、交货时间：签订合同后 **15** 日内。
- 7、合格报价人的基本条件：
 - 7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。
 - 7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其经销商。
 - 7.3、所投产品能满足本项目第 5 点内容中技术参数要求。
 - 7.4、报价人对附件“技术参数要求”提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。
 - 7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。
- 8、质保期：质量保证期（简称“质保期”）1年以上。
- 9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。
- 10、符合资格的投标人应当在 **2020年12月10日至2020年12月17日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。
联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。