

广东省职业病防治院采购小型高速冷冻离心机、大型 冷冻离心机角转子 招标公告

我院本次采购小型高速冷冻离心机、大型冷冻离心机角转子项目，主要用于临床检验之用，本项目采用**询价方式**进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202012-04
- 2、项目名称：采购小型高速冷冻离心机、大型冷冻离心机角转子项目招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 ¥65, 000. 00 元。
- 4、采购数量：见 5.1 数量。
- 5、技术参数及要求如下。

5.1、技术参数、要求、数量

序号	产品名称	主要技术参数及功能	数量
1	小型高速冷冻离心机	1. 转速：≥13100rpm；离心力：≥17000xg 2. 最大容量：≥24*1.5/2.0ml ▲3. 防生物污染转头保证优异的安全性和方便性，能提供 UK 卫生保护署 CAMR 实验室认证证书。 4. 转头可高压灭菌 ▲5. 驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动，噪音：≤50dBa 6. 控制系统：电脑控制系统大屏幕显示，使操作更简单 7. 加速：≤12 秒 8. 运行时间控制:1-99，快速离心或者连续离心 ▲9. 安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 10. 时间设置：1-99 分钟，增量 1 分钟 ▲11 温度设置：-9~40℃，增量 1℃，带预冷程序 12. 尺寸：≤330*300*445（mm） ▲13. ≥6 种转头可选择，后续可以增配离心 5ml 试管的转头，便于以后仪器的拓展，满足其他的应用。 14.配置：主机 1 台，24×1.5/2.0ml 角转子 1 套，配 0.5ml 适配器 1 套。	1 台(套)
2	大型冷冻离心机角转子	配 30×1.5/2.0ml 角转子（配套已有高速冷冻离心机 ST16R 使用，最高转速 15200 转/分钟）	1 个

5.2、本项目带▲为响应条款，否则按排序先后中标。

- 6、交货时间：签订合同后 20 日内。
- 7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其供应商。

7.3、所投产品能满足本项目第 5 点内容要求。

7.5 技术服务

(1) 中标人的设备必须提供专业的安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

(2) 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.6、质量保证

7.6.1、中标设备必须是全新、未开封的合格产品

7.6.2、质量保证期为验收合格后壹年以上。

7.6.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.7、厂家在中国的售后服务体系

7.7.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

7.7.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.8、报价人需按照本公告“第 5 点”内容，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7.9、报价还包含：运输（含二次搬运到 3 楼指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

9、符合资格的投标人应当在 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 01 月 05 日期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。